

CENTRE HOSPITALIER DES SPECIALITES DE NOUADHIBOU

Nouadhibou, le 17/03/2023

APPEL A SOUMISSION

Le Centre Hospitalier des spécialités de Nouadhibou appelle les fournisseurs intéressés par les EQUIPEMENTS MEDICAUX désignées ci-après, de bien vouloir nous faire parvenir leurs soumissions dans les dix jours qui suivent cette annonce sous plis fermés et cachetés, sans indications d'identification extérieures :

Il s'agit de :

FAUTEUIL DENTAIRE

Fauteuil: Rembourrage en mousse de polyuréthane injectée, recouvert d'une sellerie ignifugée et lavable, forme ergonomique. Système d'élévation électromécanique. Montée, descente du fauteuil commandé par commande au pied, position de travail programmable, arrêt d'urgence, repose-tête articulé bidirectionnel.

Crachoir comprenant : Cuvette en porcelaine avec filtre tamis pour rétention des impuretés, système de désinfection, pompe à salive, eau chaude, remplissage temporisé du verre

Comprenant:

- Plateau porte instruments détachables en inox, tableau de commande contrôlant les mouvements et positions du fauteuil et l'allumage de la lampe.

-Un négatoscope (et en option la version panoramique)

-cinq emplacements :

-une seringue à 3 voirs

-3 Module pour pièce à main 4 trous

- Détartreur ultrasonique avec manche détachable et auto lavable et jeu d'inserts)

Section assistant avec

D'une console assistant qui dispose de quatre emplacements :

- une seringue à trois voirs

- deux manches d'aspiration pour chirurgie et salive, avec déclenchement automatique

- une lampe de polymérisation à LED

-un clavier qui commande le rinçage de la cuvette et le remplissage du verre , les mouvements de la chaise

-(01) Scialytique dentaire : Monté sur bras compensé à rotation, intensité lumineuse réglable 15000 Lux au moins

Fourni avec :

(01) Tabouret roulant pour médecin

(01) Compresseur dentaire silencieux :

Compresseur, réservoir de 35 litres, pressostat, vanne de purge et sécurité, puissance 0.5 Kw, moteur électrique 4 pôles classe F avec protecteur thermique, vidange du circuit d'air par électrovanne. 100 litres/minute à 5 bars ; Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

(02) Turbine à 4 trous

(02) Micromoteur

(02) Pièce à main

(1) Lampe photo polymérisation

(1) Pièce à main de Détartreur

(02) Contre angle

(02) Seringue Multifonction

(2) Jeu de davier

(1) Amalgameur ou mixeur

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Un complément d'informations peut être obtenu auprès de nos services administratifs et Techniques tous les jours de 8H 00 à 17H 00

Les soumissions seront reçues jusqu'au 27/03/2023 à 09H 00 précises.

Le dépouillement se fera le même jour par une commission interne .

Votre présent est vivement souhaité.

LE PRMP

ABDELLAHI ADAMA DIARRA